

Pliego de consultas y aclaraciones

SDC N°006-2023-PMSAJ EJENOPENAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA PERITO CRIMINALÍSTICO"

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
1	Con respecto a las especificaciones técnicas solicitadas. Para el ítem N° 1	Indican que sea de baterías recargables a través de USB, nuestra linterna propuesta tiene baterías recargables y su cargador pero el cable no es a través de USB sino de su conexión nativa, <i>solicitamos amablemente se nos pueda permitir ofrecer esta opción para participar del proceso</i>	Por unanimidad las/los peritos consultados afirman que debe contener baterías recargables a través de USB.
2	Con respecto a las especificaciones técnicas solicitadas. Para el ítem N° 1	Indican que debe incluir 06 tipos de luces pero solo especifican 5: 1 -roja, 2- naranja, 3-azul, 4-UV cercano y 5-luz blanca, <i>¿cuál sería el sexto tipo de luz?</i>	Por unanimidad las/los peritos consultados afirman que el sexto tipo de luz es de color amarillo.